



Piotrków Tryb., 13.01.2017 r.

IM.272.3.2017.AZ

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: „Twoje Serce Twoim Życiem” - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Czy zamawiający dopuści wagę ze wzrostomierzem o zakresie pomiarowym od 60cm do 200cm  
Wprowadzenie wymogu wzrostomierza o zakresie 7cm-230 cm sprawia, że niemożliwe jest spełnienie wszystkich warunków jednocześnie, a w szczególności waga z takim wzrostomierzem nie jest wyposażona w wymagany interfejs szeregowy lecz jest to znacznie droższy model z bezprzewodową transmisją danych.

**Zamawiający nie dopuszcza wagi ze wzrostomierzem o zakresie pomiarowym od 60cm do 200cm natomiast dopuszcza wagę z interfejsem komunikacyjnym radiowym**

Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną z interfejsem komunikacyjnym radiowym?

Uzasadnienie: W związku z dopuszczeniem do postępowania wagi medycznej ze wzrostomierzem w zakresie 7-230 cm i interfejsu komunikacyjnego kablowego informujemy, iż nie istnieje waga spełniająca te dwa kryteria jednocześnie. Wszystkie dostępne na świecie wagi medyczne ze wzrostomierzem o zakresie 7-230 cm posiadają wyłącznie interfejs komunikacyjny radiowy.

**Zamawiający dopuszcza wagę z interfejsem komunikacyjnym radiowym.**

WICESTAROSTA  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
dr Piotr Wołysiak

STAROSTA  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Stanisław Cubala

