



Piotrków Tryb., 13.01.2017 r.

IM.272.3.2017.AZ

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: „Twoje Serce Twoim Życiem” - Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia współfinansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Czy Zamawiający dopuści wagę kolumnową o wymiarach wagi: 360 x 1020 x 480 mm (szer. x wys. x gł.)? Różnica jest tak naprawdę niewielka, parametr który nie wpływa na parametry użytkowe wagi.

Oferowany sprzęt musi być zgodny ze specyfikacją jaka została przedstawiona w SIWZ dla danego urządzenia.

Czy Zamawiający wymagał będzie wagi ze wzrostomierzem z zakresem pomiaru wzrostu 60-205 cm? Z doświadczenia wiemy, iż jest to wielkość umożliwiającą pomiar zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Tak jak poprzednio: Zamawiający wymaga wzrostomierza o zakresie pomiaru 7 - 230 cm.

Czy Zamawiający wymaga aby wzrostomierz był przymocowany do kolumny wagowej?

Tak, Zamawiający wymaga aby wzrostomierz był przymocowany do kolumny wagowej

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie własnej ok. 8,2 kg? Parametr korzystniejszy od wymaganego nie wpływający na parametry użytkowe wagi.

Oferowany sprzęt musi być zgodny ze specyfikacją jaka została przedstawiona w SIWZ dla danego urządzenia.





Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu 100 g ? Parametr mieszczący się w wymaganiach Zamawiającego.

Oferowany sprzęt musi być zgodny ze specyfikacją jaka została przedstawiona w SIWZ dla danego urządzenia

Czy Zamawiający dopuści wagę, gdzie funkcję matka/dziecko można realizować przy pomocy funkcji TARA ? Rozwiązanie tożsame z wymaganiem. Poza tym przedstawiona w tabeli funkcja matka/dziecko jest nazwą handlową konkretnego producenta, natomiast my oferujemy wagę, gdzie ta funkcja realizowana jest przy pomocy przycisku TARA i jest to rozwiązanie tożsame z wymaganiem.

Zamawiający dopuszcza funkcję TARA matka/dziecko.

Czy Zamawiający dopuści wagę, gdzie funkcję SEND/PRINT można realizować przy pomocy jednego przycisku PRINT? Rozwiązanie tożsame z wymaganiem. Poza tym przedstawiona w tabeli funkcja SEND/PRINT jest nazwą handlową konkretnego producenta, natomiast my oferujemy wagę, gdzie ta funkcja realizowana jest przy pomocy przycisku PRINT i jest to rozwiązanie tożsame z wymaganiem.

Zamawiający dopuszcza funkcję PRINT.

Czy Zamawiający dopuści wagę kolumnową o wymiarach wagi: 360 x 1100 x 480 mm (szer. x wys. x gł.)? Różnica jest tak naprawdę niewielka, parametr który nie wpływa na parametry użytkowe wagi.

Oferowany sprzęt musi być zgodny ze specyfikacją jaka została przedstawiona w SIWZ dla danego urządzenia

Czy Zamawiający dopuści wysyłkę wag firmą kurierską wraz z wniesieniem we wskazane miejsce z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisuje instrukcja obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Zamawiający nie wskazuje sposobu dostawy, a jedynie jej warunki. Wybór w tej kwestii należy do Wykonawcy.

WICESTAROSTA  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
dr Piotr Wojtyśiak

STAROSTA  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
  
mgr inż. Stanisław Cubala

